



中华人民共和国国家标准

GB/T 5170.15—2018
代替 GB/T 5170.15—2005

环境试验设备检验方法 第 15 部分:振动(正弦)试验用液压式 振动系统

Inspection methods for environmental testing equipments—
Part 15: Hydraulic vibrating type system for vibration(sinusoidal) test

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 特性要求	3
5 测量仪器	4
6 测量不确定度	4
7 检验条件	5
8 一般规定	5
9 检验方法	5
10 检验结果	7
11 检验周期	7
附录 A (资料性附录) 检验中测量不确定度的描述	8

前　　言

GB/T 5170 包含以下部分：

- GB/T 5170.1—2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第1部分：总则；
- GB/T 5170.2—2017 环境试验设备检验方法 第2部分：温度试验设备；
- GB/T 5170.5—2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第5部分：湿热试验设备；
- GB/T 5170.8—2017 环境试验设备检验方法 第8部分：盐雾试验设备；
- GB/T 5170.9—2017 环境试验设备检验方法 第9部分：太阳辐射试验设备；
- GB/T 5170.10—2017 环境试验设备检验方法 第10部分：高低温低气压试验设备；
- GB/T 5170.11—2017 环境试验设备检验方法 第11部分：腐蚀气体试验设备；
- GB/T 5170.13—2008 环境试验设备检验方法 第13部分：振动(正弦)试验用机械式振动系统；
- GB/T 5170.14—2009 环境试验设备基本参数检验方法 振动(正弦)试验用电动振动台；
- GB/T 5170.15—2018 环境试验设备检验方法 第15部分：振动(正弦)试验用液压式振动系统；
- GB/T 5170.16—2018 环境试验设备检验方法 第16部分：稳态加速度试验用离心机；
- GB/T 5170.17—2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 低温/低气压/湿热综合顺序试验设备；
- GB/T 5170.18—2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/湿度组合循环试验设备；
- GB/T 5170.19—2018 环境试验设备检验方法 第19部分：温度、振动(正弦)综合试验设备；
- GB/T 5170.20—2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 水试验设备；
- GB/T 5170.21—2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法 振动(随机)试验用液压振动台。

本部分为 GB/T 5170 的第 15 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 5170.15—2005《电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法 振动(正弦)试验用液压振动台》，与 GB/T 5170.15—2005 相比，主要技术变化如下：

- 为了便于使用，重复列出了 GB/T 5170.1 中的某些术语和定义（见 3.3、3.4、3.7）；
- 删除了原第 4 章“检定项目”，改为“特性要求”（见第 4 章）；
- 将 GB/T 2423.10“试验设备”未规定相关要求的检验项目从本部分调整出，并相应地删除相关测量仪器的要求；
- 增加了“测量不确定度”一章（见第 6 章）；
- 为了便于使用，列出了具体检验时的环境条件（见 7.1）；
- 删除了“一般规定”中“多轴向振动台”“频率点选取”“振幅选取”“加速度和位移的转换公式”的相关规定；
- 变更了“横向振动比”的计算公式（见 9.4，2005 年版 8.5）；
- 根据 GB/T 5170.1 的要求，列出了“检验报告应至少包括以下信息”（见第 10 章）；
- 删除了原附录 A、附录 B；

——增加了附录 A“检验中测量不确定度的描述”。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC 8)提出并归口。

本部分起草单位：工业和信息化部电子第五研究所、厦门赛宝工业技术研究院有限公司、广州赛宝计量检测中心服务有限公司、佛山赛宝信息产业技术研究院有限公司、苏州苏试试验仪器股份有限公司。

本部分主要起草人：郑术力、刘国栋、阙飞、徐俊、卢滔、范程钢、钟灏、黄晓光。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5170.15—1985, GB/T 5170.15—2005。

环境试验设备检验方法

第 15 部分：振动(正弦)试验用液压式 振动系统

1 范围

GB/T 5170 的本部分规定了振动(正弦)试验用液压式振动系统(以下简称振动系统)的特性要求、测量仪器、测量不确定度、检验负载、检验条件、检验方法、检验结果、检验周期。

本部分适用于 GB/T 2423.10 振动试验用振动系统的检验。

本部分也适用于类似试验设备的检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5170.1—2016 电工电子产品环境试验设备检验方法 第 1 部分：总则

JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

GB/T 5170.1—2016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了 GB/T 5170.1—2016 中的某些术语和定义。

3.1

频率指示误差 frequency indication error

振动发生器系统的频率指示值与真值之差。

3.2

扫描 sweep

[振动发生器系统]某一自变量(通常为频率)连续地通过某一区间的过程。

3.3

扫描速率 sweep rate

自变量(通常为频率)的变化率。

[GB/T 5170.1—2016, 定义 3.3.7]

3.4

线性扫描速率 linear sweep rate

扫描时自变量(通常为频率)的变化率为常数的扫描速率, $df/dt = \text{常数}$ 。

注：其中 f 为频率, t 为时间。

[GB/T 5170.1—2016, 定义 3.3.8]

3.5

对数(频率)扫描速率 logarithmic (frequency) sweep rate

每单位频率的变化率为常数的扫描速率, $(df/f)/dt = \text{常数}$ 。

4.4 振幅容差

振动系统在所要求轴线上的基本运动幅值与标称值的偏差应在下列容差范围内：

a) 振动幅值示值误差和定振偏差：

振动系统的加速度和位移幅值示值误差应不超过±15%，定振偏差不超过±1.5 dB。

b) 振动系统台面加速度幅值均匀度：

振动系统工作时，振动试验系统台面加速度幅值均匀度应不大于25%。在额定的频率范围内，允许有1个~2个均匀度较大的频带，在该频带内最大加速度幅值均匀度不大于50%，频带宽度不超过最大均匀度对应频率的±10%。

4.5 频率容差

振动系统在规定的频率范围内，其频率容差符合表1的规定。

表1 频率容差

频率范围	$0.1 \text{ Hz} \leq f < 0.25 \text{ Hz}$	$0.25 \text{ Hz} \leq f < 5 \text{ Hz}$	$5 \text{ Hz} \leq f \leq 50 \text{ Hz}$	$f > 50 \text{ Hz}$
频率示值最大允许误差	±0.05 Hz	±20%	±1 Hz	±2%
频率稳定度	±0.05 Hz	±20%	±1 Hz	±2%

4.6 扫频速率误差

振动系统在规定的频率范围内作扫频振动，扫频方式为对数形式，扫频速率为1 oct/min，扫频速率误差应不超过±1%。

5 测量仪器

5.1 振动幅值测量仪器

采用由加速度计(包括三向加速度计)或位移计，带积分和滤波网络的放大器，显示器或动态信号分析仪组成的振动幅值测量系统，振动幅值测量系统的扩展不确定度：加速度优于3%($k=2$)；位移优于5%($k=2$)。

5.2 频率测量仪器

采用由加速度计(包括三向加速度计)，带积分和滤波网络的放大器，频率计或动态信号分析仪组成的振动频率测量系统，频率测量系统扩展不确定度应优于0.5%($k=2$)。

5.3 失真度测量仪器

采用由加速度计，带积分和滤波网络的放大器，失真度仪或动态信号分析仪组成的失真度测量系统，失真度测量系统扩展不确定度应优于10%($k=2$)。

6 测量不确定度

按照JJF 1059.1—2012测量不确定度评定与表示，测量不确定度应使用扩展不确定度U来表达。本部分的使用者参考附录A所作的不确定度估计来证实其不确定度水平(见第5章)。

7 检验条件

7.1 环境条件

按以下环境条件进行检验：

- a) 环境温度为 15 °C~35 °C, 相对湿度不大于 80%;
- b) 电源电压的变化应在额定电压的±10%范围内;
- c) 振动系统应保持清洁, 周围无腐蚀性气体、液体;
- d) 振动系统在检验时的其他条件应符合 GB/T 5170.1—2016 中第 4 章的规定。

7.2 外观和安全条件

振动系统的外观和安全条件应符合 GB/T 5170.1—2016 中第 8 章的规定。

8 一般规定

8.1 检验用负载

检验用负载应由金属材料制成外形对称的刚性体, 其质量、质心高及安装偏心距应符合有关规定。负载与振动系统面连接表面的平面度应优于 0.1 mm, 表面粗糙度 R_a 优于 5.0 μm 。负载与台面刚性连接, 固定点均匀分布且不少于 4 个。

8.2 加速度计的安装

加速度计应刚性地固定在台面中心及离台面中心最远的 4 个安装点上。

9 检验方法

9.1 外观和工作环境条件的检查

对振动系统的工作环境条件和外观进行检查, 检查结果应符合第 7 章的各项规定。

9.2 安装负载

根据检验要求选择空载或安装检验用负载。检验用负载应满足第 8 章的要求。

9.3 安装传感器

振动系统按规定准备完毕, 按第 8 章的要求, 在振动系统台面或负载上安装加速度计, 并连接好测量系统。

9.4 横向振动比

振动系统空载或满载。加速度计(或位移计, 含适调放大器)连接多通道动态信号分析仪。如果采用位移计, 需进行二次微分。在振动系统规定的工作频率范围内, 按倍频程选取不少于 10 个频率值(包括上、下限频率值), 在所选频率下以振动试验系统主振方向所允许最大振动幅值的 50% 进行振动, 从动态信号分析仪上同时测量三个方向的位移时域信号, 按式(5)计算出横向振动比 T 。其结果应符合 4.2 的规定。

$$T = \max_t \left\{ \frac{a_T(t)}{a_z} \right\} \times 100 = \max_t \left\{ \frac{\sqrt{a_x^2(t) + a_y^2(t)}}{a_z} \right\} \times 100 \quad \dots \dots \dots (5)$$

式中：

T ——振动试验系统台面加速度幅值横向振动比, %;

$a_T(t)$ —— t 时刻垂直于主振方向平面内的横向加速度, 单位为米每二次方秒(m/s^2);

$a_x(t), a_y(t)$ —— t 时刻垂直于主振方向平面内两个正交的横向加速度, 单位为米每二次方秒(m/s^2);

a_z ——主振方向的加速度幅值,单位为米每二次方秒(m/s^2)。

9.5 加速度波形失真度

振动系统空载或满载。在振动试验系统的工作频率范围内,按倍频程选取不少于 10 个频率值(包括上限,下限频率值),在所选频率下最大振动幅值 50% 的大小振动。动态信号分析仪采用平顶窗函数,测量其基波和至少 5 次谐波。按式(3)计算谐波失真度,其结果应符合 4.3 的规定。

9.6 台面加速度幅值均匀度

振动系统空载或满载。在振动系统工作频率范围内,按倍频程选取不少于 10 个频率值(包括上、下限频率值)及相应频率下最大振动幅值的 50% 进行测量,在同次测量中,采用动态信号分析仪测得各个位置的加速度幅值,并按式(6)计算出台面加速度幅值均匀度 N ,其结果应符合 4.4b) 的规定。

$$N = \frac{|\Delta A_{\max}|}{A} \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

式中：

N ——振动试验系统台面加速度幅值均匀度, %;

$|\Delta A_{\max}|$ — 同次测量中,各点与中心点加速度幅值的最大偏差,单位为米每二次方秒(m/s^2);

A ——同次测量中,中心点的加速度幅值,单位为米每二次方秒(m/s^2)。

9.7 振动幅值示值误差

在规定的工作频率范围内,选取高中低三个频率值,分别对应加速度、速度和位移控制段,在所选频率值下取大、中、小三个加速度(或速度、位移)幅值进行测量,示值误差 δ 。按式(7)计算。其结果应符合4.4a)的规定。

式中：

δ_n — 振动试验系统的振动幅值示值误差, %;

a_d ——振动试验系统的振动幅值示值；

a_s —— 动态信号分析仪测量振动幅值。

9.8 扫描速率误差和扫描幅度偏差

振动系统空载或满载，在额定频率范围内，按额定工作特性曲线的 50% 幅值设置扫频曲线，以 1 oct/min 的速率作扫频振动。用动态信号分析仪记录其扫频曲线，幅值为对数坐标 dB。按式(1)计算扫频速率误差，其结果应符合 4.6 的规定。按式(2)计算扫描幅度偏差，其结果应符合 4.4a) 的规定。

9.9 频率指示误差

在振动系统额定频率范围内,均匀选取 10 个以上频率点进行测量,记录振动系统频率示值和动态信号分析仪频率示值并计算其误差,测量结果应符合 4.5 的规定。

9.10 频率稳定性

振动系统满载,在振动系统最大位移幅值与最大加速度幅值的交越频率或振动系统上限频率以最大加速度幅值对应的位移幅值作连续定频振动,每隔 10 min 记录一次分析仪的频率示值,试验时间 1 h,频率稳定度 F 。按式(8)计算,测量结果应符合 4.5 的规定。

$$F_c = \frac{\Delta f_{\max}}{f_0} \times 100 \text{ 或 } |\Delta f_{\max}| \quad \dots \dots \dots \quad (8)$$

式中：

F_c ——频率稳定性,%或 Hz;

f_0 ——给定的试验频率示值,单位为赫兹(Hz);

$|\Delta f_{\max}|$ ——各次测量中,分析仪频率示值相对于给定频率值的最大偏差,单位为赫兹(Hz)。

10 检验结果

检验结果应在检验报告中反映,检验报告包括但不限于以下信息:

- a) 标题“检验报告”；
 - b) 实验室名称和地址；
 - c) 进行检验的地点(如果与实验室的地址不同)；
 - d) 证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识；
 - e) 客户的名称和地址；
 - f) 被检对象的描述和明确标识；
 - g) 进行检验的日期,如果与检验结果的有效性和应用有关时,应说明被检对象的接收日期；
 - h) 检验所依据的标准的标识,包括名称及标准编号；
 - i) 本次检验所用测量标准的溯源性及有效性说明；
 - j) 检验环境的描述；
 - k) 对标准偏离的说明；
 - l) 检验不确定度说明；
 - m) 检验人员、核验人员的签名,签发人员的签名、职务或等效标识；
 - n) 明确的结论；
 - o) 检验单位公章；
 - p) 检验结果仅对被检对象有效的声明；
 - q) 未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。

11 检验周期

正常使用的设备,每一年至少进行一次检验。对设备的重要部位(指对试验条件的变化有直接影响的部位)维修或更换后,应立即进行检验。设备在安装调试之后或启封重新使用之前均应进行检验。

附录 A
(资料性附录)
检验中测量不确定度的描述

A.1 测量扩展不确定度(U)的计算

A.1.1 目的

根据国际度量衡委员会(CIPM)推荐的方法——GUM,应用扩展不确定度 U 来表述检验中的测量不确定度。给出 U 的目的是提供 $y-U$ 到 $y+U$ 的一个区间,在这个区间里期望 Y 值能具有高的概率。为确信估计 $y-U \leq Y \leq y+U$,扩展不确定度按以下方法确定。

A.1.2 分析不确定度来源和建立测量模型

A.1.2.1 分析不确定度来源

由测量所得的测得值只是被测量的估计值,测量中可能导致测量不确定度的来源一般可从以下方面考虑:

- a) 被测量的定义不完整;
- b) 复现被测量的测量方法不理想;
- c) 取样的代表性不够,即被测样本不能代表所定义的被测量;
- d) 对测量过程受环境影响的认识不恰如其分或对环境的测量与控制不完善;
- e) 对模拟式仪器的读数存在人为偏移;
- f) 测量仪器的计量性能(如最大允许误差、灵敏度、鉴别力、分辨力、死区及稳定性等)的局限性导致的不确定度,即仪器的不确定度;
- g) 测量标准或标准物质提供的量值的不确定度;
- h) 引用的数据或其他参量的不确定度;
- i) 测量方法和测量程序中的近似和假设;
- j) 在相同条件下重复观测中测得的量值的变化。

测量不确定度的来源必须根据实际测量情况进行具体分析。分析测量不确定度来源时,除了定义的不确定度外,可从测量仪器、测量环境、测量人员、测量方法等方面全面考虑,特别要注意对测量结果影响较大的不确定度来源,应尽量做到不遗漏、不重复。修正仅仅是对系统误差的补偿,修正值是具有不确定度的。在评定已修正的被测量的估计值的测量不确定度时,要考虑修正引入的不确定度。

A.1.2.2 建立测量模型

测量中,当被测量(即输出量) Y 由 N 个其他量 X_1, X_2, \dots, X_N (即输入量),通过函数 f 来确定时,则式(A.1)称为测量模型。

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N) \quad \dots \dots \dots \quad (A.1)$$

式中大写字母表示量的符号, f 为测量函数。

设输入量 X_i 的估计值为 x_i ,被测量 Y 的估计值为 y ,则测量模型可写成式(A.2)的形式。

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_N) \quad \dots \dots \dots \quad (A.2)$$

A.1.3 标准不确定度的评定

A.1.3.1 概述

每个测量不确定度的来源用其概率分布的标准偏差估计值表征,称标准不确定度分量,用 u_i 表示。

标准不确定度分量的评定就是要获得每个分量的标准偏差估计值。根据对 X_i 的一系列测得值 x_i 得到实验标准偏差的方法为 A 类评定, 根据有关信息估计的先验概率分布得到标准偏差估计值的方法为 B 类评定。在识别不确定度来源后, 对不确定度各个分量作一个预估算是必要的, 测量不确定度评定的重点应放在识别并评定那些重要的、占支配地位的分量上。

A.1.3.2 标准不确定度的 A 类评定

对被测量进行独立重复测量,通过所得到的一系列测得值,用统计分析方法获得实验标准偏差 $s(x)$,当用算术平均值 \bar{x} 作为被测量估计值时,被测量估计值的 A 类标准不确定度按式(A.3)计算:

A类评定时,重复测量的方法应尽可能考虑随机影响的来源,使其反映到测得值中去。如加速度计安装是测量程序的一部分,获得A类评定的数据时应注意每次测量要重新安装加速度计,以便计入每次安装的随机变化导致的不确定度分量。

A.1.3.3 标准不确定度的 B 类评定

根据有关的信息或经验,判断被测量的可能值区间 $[\bar{x}-a, \bar{x}+a]$,假设被测量值的概率分布,根据概率分布和要求的概率 p 确定 k ,则 B 类标准不确定度 u_B 可由式(A.4)得到:

式中：

a ——被测量可能值区间的半宽度。

区间半宽度 a 根据有关信息确定, 信息来源一般有:

- a) 以前测量的数据；
 - b) 对有关材料和测量仪器特性的了解和经验；
 - c) 生产厂提供的技术说明书；
 - d) 校准证书、检定证书或其他文件提供的数据；
 - e) 手册或某些资料给出的参考数据及其不确定度；
 - f) 检定规程、校准规范或测试标准中给出的数据；
 - g) 其他有用的信息。

A.1.4 计算合成不确定度

当被测量 Y 由 N 个其他量 X_1, X_2, \dots, X_N 通过线性测量函数 f 确定时, 被测量的估计值 y 为:
 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ 。

被测量的估计值 y 的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 按式(A.5)计算:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)} \quad \dots \dots (A.5)$$

式中：

y ——被测量 Y 的估计值, 又称输出量的估计值;

x_i —— 输入量 X_i 的估计值, 又称第 i 个输入量的估计值;

$\frac{\partial f}{\partial x_i}$ ——被测量 Y 与有关的输入量 X_i 的函数对于 x_i 的偏导数, 称灵敏系数;

$u(x_i)$ —— 输入量 x_i 的标准不确定度;

$r(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 与 x_j 的相关系数, $r(x_i, x_j)u(x_i)u(x_j)=u(x_i, x_j)$;

$u(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 与 x_j 的协方差。

当各输入量间均不相关时,相关系数为零。被测量的估计值 y 的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 按式(A.6)计算:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i)} \quad \text{.....(A.6)}$$

当简单直接测量,测量模型为 $y=x$ 时,应分析和评定测量时导致测量不确定度的各分量,若相互间不相关,则按式(A.7)计算:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N u_i^2} \quad \text{.....(A.7)}$$

A.1.5 扩展不确定度

扩展不确定度 U 由合成标准不确定度 u_c 乘包含因子 k 得到,按式(A.8)计算:

$$U = k u_c \quad \text{.....(A.8)}$$

在通常的测量中,一般取 $k=2$ 。当取其他值时,应说明其来源。当给出扩展不确定度 U 时,一般应注明所取的 k 值。若未注明 k 值,则指 $k=2$ 。

当 y 和 $u_c(y)$ 所表征的概率分布近似为正态分布时,且 $u_c(y)$ 的有效自由度较大情况下,若 $k=2$,则由 $U=2u_c$ 所确定的区间具有的包含概率约为 95%。若 $k=3$,则由 $U=3u_c$ 所确定的区间具有的包含概率约为 99%。

A.1.6 报告结果

完整的测量结果应报告被测量的估计值及其测量不确定度以及有关的信息。报告应尽可能详细,以便使用者可以正确地利用测量结果。

A.2 整个频率和加速度范围内的加速度测量扩展不确定度

对于某一个频率、加速度和信号适调放大器增益设置,可以用式(A.9)计算位移测量的相对扩展不确定度 U :

$$U = k u_{c,rel}(A) \quad \text{.....(A.9)}$$

式中:

k ——包含因子;

$u_{c,rel}(A)$ ——加速度相对合成标准不确定度。

式(A.9)中 $u_{c,rel}(A)$ 可由式(A.10)计算可得:

$$\begin{aligned} u_{c,rel}(A) &= \frac{1}{A} \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u_{rel}^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u_{rel}(x_i) u(x_j)} \quad \text{...(A.10)} \end{aligned}$$

式中:

A ——被测量加速度;

x_i ——输入量 X_i 的估计值;

$f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ ——估计加速度;

$\frac{\partial f}{\partial x_i}$ ——被测量 Y 与有关的输入量 X_i 的函数对于 x_i 的偏导数,称灵敏系数;

$u(x_i)$ ——输入量 x_i 的标准不确定度;

$r(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 与 x_j 的相关系数, $r(x_i, x_j)u(x_i)u(x_j)=u(x_i, x_j)$;

$u(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 与 x_j 的协方差(如果不相关,为零)。

表 A.1 列出了一些不确定度来源,该表包含了所有重要的不确定度来源,但不能保证包括了全部。

表 A.1 加速度的相对测量不确定度评定

序号	标准不确定度分量 $u(x_i)$	不确定度来源	相对扩展不确定度或估计误差分量的范围/%	包含因子	相对不确定度贡献 $u_{rel,i}(A)/\%$
1	$u(S)$	加速度计(或位移计)幅值灵敏度的校准不确定度	2	1/2	1
2	$u(S_r)$	加速度计(或位移计)幅值灵敏度的年稳定性	0.5	$1/\sqrt{3}$	0.29
3	$u(G)$	适调放大器的增益	0.1	$1/\sqrt{3}$	0.058
4	$u(e_r)$	适调放大器的归一化	0.1	$1/\sqrt{3}$	0.058
5	$u(e_{fr})$	适调放大器的频率响应	0.1	$1/\sqrt{3}$	0.058
6	$u(V)$	交流电压幅值的测量不确定度	0.2	$1/\sqrt{3}$	0.115
7	$u(e_{R,N})$	安装参数(电缆的固定、扭矩等)的影响	0.05	$1/\sqrt{3}$	0.029
8	$u(e_h)$	加速度谐波失真度	0.002 4	$1/\sqrt{3}$	0.001 4
9	$u(e_{Tr})$	横向运动比的测量的影响	0.5	1/3	0.167
10	$u(e_{re})$	基座应变的测量的影响	0.05	$1/\sqrt{3}$	0.029
11	$u(e_{rf})$	传感器非线性的测量的影响	0.03	$1/\sqrt{3}$	0.017
12	$u(e_{dl})$	动态信号采集仪非线性的影响	0.03	$1/\sqrt{3}$	0.017
13	$u(e_{re})$	重力测量的影响	0.00	$1/\sqrt{3}$	0.00
14	$u(e_m)$	振动系统的磁场的影响	0.03	$1/\sqrt{3}$	0.017
15	$u(e_e)$	其他环境条件的影响	0.03	$1/\sqrt{3}$	0.017

中华人民共和国
国家标 准
环境试验设备检验方法
第 15 部分：振动(正弦)试验用液压式
振动系统

GB/T 5170.15—2018

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址：www.spc.org.cn

服务热线：400-168-0010

2019 年 1 月第一版

*

书号：155066 · 1-61604

版权专有 侵权必究



GB/T 5170.15-2018